

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY**

Z dnia .....2024 roku

Na podstawie umowy nr..... z dnia .....

Przekazano przedmiot umowy sprzedaży w postaci tomografu komputerowego Toshiba Aquilion Prime TSX-303A/AC, nr seryjny ACA14Z2053, rok produkcji 2014 (1 szt.) wraz z wyposażeniem o następujących parametrach technicznych wraz z dokumentacją :

Lampa RTG SN: CXB 750G/2A nr fabryczny.11489-V4

Całkowita liczba skanosekund (dane na dzień 27.10.2023 r.): 469590.9 s

Testy specjalistyczne ważne do lipca 2024 r.

Data roz.eksploatacji: 01.04.2015 r.

Paszport techniczny aparatu.

Zestaw fantomów do kalibracji i wykonania testów podstawowych Pro-Project CT.

Pełna dokumentacja : protokoły przeglądów, testy specjalistyczne, instrukcja obsługi, kopia deklaracji zgodności z dnia 10 lipca 2014 r., kopia certyfikatu CE HD 60086959 0001 ważna do dnia 12 września 2018 r., kopia powiadomienia Urzędu RPL WMiPB z dnia 28.10.2013 na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Tomograf Aquilion Prime -80 rzędowy, z modułem bramkowania ekg, umożliwiający wykonywanie badań onkologicznych z opcją fluoroskopii.

Stół do tomografu.

2 niezależne ogólne stacje radiologiczne z oprogramowaniem (bez postprocessingu kardiologicznego)

Stacja HP Z420(VI) Vitrea2 sn. CZC5071NHP, CZC5071NHN

Oprogramowanie :

Vitre Software sn.5100106794, 5100106786 -2 szt.

VESSEL PROBE -Peripheral Probe sn. VGV1411665,VGV1411664 – 2 szt.

ONC FUSION STD Onkology Fusion Standard sn. VFS14122037, VFS1412036 – 2 szt.

Komputer do zdalnego serwisu TIV-2013T1/EN Innervision

Monitory diagnostyczne RADIFORCE MX242W

Zasilacz UPS do tomografu typ DCS-100000-3/3-12 100KVA 12 min.

Szafka wisząca 19" z listwą zasilającą

Wstrzykiwacz kontrastu Medrat STELLANT CT (Pedestal) sn. 100776

Oprogramowanie:

- 1.1 CXB-750G/2A lampa RTG
- 1.2 NSA-2600 router Firewall/VPN sn.COEA49B50C8
- 1.3 CXGS-011A/3C72 kW Generator Upgrade sn.3CA14Z2259
- 1.4 CHEG-0058/1B ECG-gated Scan System sn.1BA1512641
- 1.5 HUNTLEIGHT LP110ECG Tiger Monitor sn.774AB0403063-14
- 1.6 HUNTLEIGHT CART Mobile cart for LP110310000021869G
- 1.7 CMM-004B/1BLCD Monitor 19" sn.1BA14X2397
- 1.8 CSDE- 001A/SB Dual Energy sn.2BA14Y2494
- 1.9 CKIS-004A/AB CAN iniektor interface sn.2BA13X2157
- 1.10 CTA-TMB/1B-CT Baby Holder sn.1BA1392262
- 1.11 TSXF-0031/1B CT Fluoroscopy sn. 1BA14X2363
- 1.12 COT-49D/9B SUREXtension sn. 9BA1512022
- 1.13 Power box
- 1.14 Interfejs DICOM 3.0 w następujących klasach:
- 1.15 COT-30D/OZ DICOMSTORAGE SCP sn.0ZA1530004
- 1.16 COT-32D/2B DICOM MWM SCU sn.2BA1515397
- 1.17 COT-33D/OZ DICOM PPS SCU sn.0ZA1530005
- 1.18 COT-34D/OZ DICOMQ/R SCP sn. 0ZA1530006
- 1.19 COT-35D/2B DICOM Q/R SCU sn.2BA1513880
- 1.20 COT-41D/OZ DICOM STORAGE COMMITMENT sn.0ZA1530007

**SPRZEDAJĄCY**

**KUPUJĄCY**